



Schweizerische Gesellschaft für Sterilgutversorgung
Société Suisse de Stérilisation Hospitalière
Società Svizzera di Sterilizzazione Ospedaliera

20. Schweizerische Fachtagung über die Sterilisation
Journées Nationales Suisses sur la Stérilisation

Klima + Sterilisation

19.– 20. Juni 2024 im Kongresshaus Biel/Bienne

Climat + stérilisation

19 – 20 juin 2024 au Palais des Congrès à Biel/Bienne

(Im)Possibilité de calculer en SRDM

Snjezana Vukovic, SRO Langenthal



Contenu :

- Situation de départ
- Procédé
- Possibilité
- Conclusion

Situation de départ

Le responsable SRDM reçoit le mandat de calculer les coûts pour une UTS ... et voilà!

Lorsqu'on est confronté pour la première fois avec une telle demande on ne sait pas par où commencer !



Procédé

D'abord il faut savoir où trouver les chiffres pertinents

Kostenzusammenstellung AEMP

Bezeichnung

Personalkosten / Bitte zu 5% die Stelle vom QM noch separat errechnen
Materialkosten, Medizinisches Material)
Wasser / Strom
Unterhalt und Wartung von Technischen Anlagen
Verwaltungskosten
Anlagenutzung
Interne verr. BK = **Betriebskosten**
Interne verr. AN = **Anlage Nutzung Kosten**
Zertifizierungskosten

Total Kosten

Exemple



Le département des finances est le bon interlocuteur. Il peut vous fournir un résumé des coût détaillé.

Procédé

- Collecter tous les chiffres
- Additionner tous les chiffres et ramener à l'heure
- Ramener coûts totaux personnel (salaire moyen) à l'heure
- Additionner les deux chiffres
- Cela donne un chiffre qui correspond à la majeure partie des coûts pour une heure d'exploitation en SRDM



Possibilités

Kostenzusammenstellung für externe Aufbereitung 2023

Die Kosten für die jeweiligen Siebe wurden von der AEMP Leitung berechnet.
In diese Kosten fliessen folgende Beiträge mit ein:

- Personalkosten
- Softwarekosten
- Materialkosten, Medizinisches Material)
- Unterhalt und Wartung von Technischen Anlagen
- Verwaltungskosten
- Anlagenutzung
- Interne verr. BK
- Interne verr. AN
- Zertifizierungskosten

Die Rechnung wurde wie folgt berechnet:

Nutzungskosten wurden auf 360 Tage und 24 Stunden herunter gerechnet.

Die Personalkosten wurden auf 260 Arbeitstage und 15 Arbeitsstunden herunter gerechnet.

Kategorie 1: Aufwand 15min	80,-
Kategorie 2: Aufwand 30min	160,-
Kategorie 3: Aufwand 45min	240,-
Kategorie 4: Aufwand 60min	320,-

Il faut également tenir compte des coûts d'électricité et d'eau qui manquent encore ... ET c'est ce qui rend ce calcul incomplet. Ces coûts sont calculés d'une manière forfaitaire à l'hôpital.

Conclusion

- Collecter tous les chiffres pertinents
- Chercher de l'aide, s'adresser aux interlocuteurs
- Se renseigner auprès d'autres cliniques pour avoir des valeurs de référence
- Décompte final est individuel : temps nécessaire sous forme de forfait ou ramener à chaque instrument (point tarifaire). Décision qui incombe à chaque clinique



Merci beaucoup
de votre attention !

Quels coûts ne peuvent pas ou difficilement être pris en compte ?

1. Coûts du personnel
2. Coûts des matériaux
3. Coûts d'électricité et d'eau
4. Coûts de la certification