

Wirtschaft und AEMP

18.– 19. Juni 2025 im Kongresshaus Biel/Bienne

Economie et SRDM

18 – 19 juin 2025 au Palais des Congrès à Biel/Bienne



**Vom Bürsten zur Organisation –
von der Optimierung zur Wirtschaftlichkeit**
Isabelle de la Charlerie – CHU HELORA

Optimierung der AEMP: zwischen Gewohnheiten, Veränderungen und Einsparungen

Verbesserung von Effizienz und Kosten der AEMP

Ausgangslage

Personalsituation

- Ständig 2 Personen in der Reinigungszone
- Antrag für eine 3. Person
- Manuelle Reinigung aller Instrumente vor Durchgang im RDG

Unzufriedenheit mit dem Reinigungsergebnis

Viele Rücksendungen von schmutzigen MP in die Reinigungszone

Keine routinemässige PQ

- IQ und OQ bei der Installation der RDG durchgeführt (vor 2 Jahren)
- Keine PQ durchgeführt (keinen Bericht gefunden)
- Kein Requalifizierungsprotokoll

Ausgangslage

Reinigungsprozess

- Schlecht ausgerüstete Reinigungszone
- Gestörte Arbeitsabläufe
- Veraltetes allgemeines Aufbereitungsverfahren

Kostenmanagement

- Keine Hinterfragung der verwendeten Reinigungsmittel
- «Historische» Wahl

Tests: keine nicht reproduzierbaren Tests im Rahmen der Ausschreibung

Vorbereitung des Tests

Terminkalender:

- Dreimonatiger Testzeitraum pro Reinigungsmittel
- Planung mit den Lieferanten
 - Reinigungsmittel (Menge, Lagerung und Lieferung)
 - Reinigungsfachpersonen
 - Requalifizierungsdienstleister

Registrierung

- Arzneimittelbehörde AFMPS
- Sicherheitsdatenblatt (interne Arbeitsschutzstelle SIPPT)

Planung

- des Tests
- der Bestellung
 - Menge
 - Preis

Protokoll

Anschliessen der Reinigungsmittel an die RDG

Validierung durch den Lieferanten

Grünes Licht des Lieferanten für die Requalifizierung der RDG

Requalifizierung gemäss internem Protokoll

- Reproduzierbarkeit der durchgeführten Tests
- Vergleich der erhaltenen Ergebnisse
- Bericht eines externen Unternehmens
- mit allen Lieferanten der getesteten Reinigungsmittel geteilt

Protokoll

Routinemässig:

- 9 Instrumente
 - neu
 - von 3 üblichen Lieferanten
 - an den Gittern eines Rollwagens befestigt,
 - der immer prioritär zu verwenden ist
- Blatt für die Erfassung des Instrumentenzustandes: Beurteilung durch das Personal
- Zufriedenheitsumfrage beim Produktionspersonal

Ablauf

Blanche de Namur

La Chouffe

Grimbergen

Cuvée des trolls

Paix Dieu

Bertinchamps

La Divine (Silly)

Unerwartete Ergebnisse

- Begleitung des Teams bei der Vorbereitung der Rollwagen
- Stopp manuelle Reinigung in der Vorbehandlung
- Verbesserung der Organisation in der Reinigungszone
- Bessere Nutzung der RDG
 - Weniger Zyklen
 - Bessere Chargenverteilung
- Verbesserung der Sauberheitskontrolle der Instrumente
- Identifizierung interner «Probleme»

Pflichtenheft

- **Muss erstellt werden**
- Spitalübergreifende Zusammenarbeit
 - Technische Beschreibung:
 - Chemie
 - Normen
 -
 - Zuschlagskriterien:
 - Verpackung
 - Lieferart
 - Vorbehandlungsempfehlungen
 - Verfügbarkeit und Kompetenzen des technischen Supports
 - Preis

Pflichtenheft

- Spezifische bereitzustellende Dokumente:
 - Vollständiger Bericht für die Validierung eines mit den bei den Ausschreibungsteilnehmern benutzten RDG identischen Geräts
 - Studie, die die Wirkung des Einsatzes des Reinigungsmittels auf die Tätigkeit der AEMP belegt, ist ein Plus
 - Forschungs- und Entwicklungsambitionen des Herstellers