



Schweizerische Gesellschaft für Sterilgutversorgung
Société Suisse de Stérilisation Hospitalière
Società Svizzera di Sterilizzazione Ospedaliera

21. Schweizerische Fachtagung über die Sterilisation
Journées Nationales Suisses sur la Stérilisation

Wirtschaft und AEMP

18.– 19. Juni 2025 im Kongresshaus Biel/Bienne

Economie et SRDM

18 – 19 juin 2025 au Palais des Congrès à Biel/Bienne

**De la flotte à l'organisation
De l'optimisation à l'économie
Isabelle de la Charlerie – CHU HELORA**

SSGH - Bienne 2025 - i de la Charlerie - CHU HELORA



Optimisation du service de stérilisation : entre habitudes, changements et économies

Améliorer l'efficacité et les coûts dans le service de stérilisation

Situation de départ

Les ressources humaines

- 2 personnes en continu en zone de lavage
- Demande d'une troisième personne
- Lavage manuel de tous les instruments avant passage en LDI

Insatisfaction du résultat du processus de lavage

- Retour de matériel sale en zone de lavage important

Pas de PQ en routine

- IQ OQ réalisés à l'installation des laveurs (2ans)
- Pas de PQ réalisée (pas de rapport trouvé)
- Pas de protocole de requalification

Situation de départ

Le processus de lavage

- Zone de lavage mal équipée
- Flux perturbé
- Procédure générale de retraitement obsolète

La maîtrise des coûts

- Pas de remise en question des produits utilisés
- Choix « historique »

Les tests : pas de test non reproductible dans le cadre du marché.

Préparation du test

L'agenda :

- Périodes de test de trois mois par produit
- Planification avec les fournisseurs
 - Détergent (quantité, stockage, livraison)
 - Techniciens laveurs
 - Prestataire pour les requalifications

L'enregistrement

- AFMPS
- Fiche sécurité - SIPPT

La planification

- Du test
- De la commande
 - Quantité
 - Prix

Le protocole

Installation des produits sur les laveurs

Validation par le fournisseur

Feu vert du fournisseur pour la requalification des LDI

Requalification selon le protocole interne

- Reproductibilité des tests réalisés
- Comparaison des résultats obtenus
- Rapport par une société externe
- Partagé avec chaque fournisseur des produits testés

Le protocole

En routine :

- 9 instruments
 - neufs
 - de 3 fournisseurs habituels
 - Fixés aux grilles d'un chariot d'insertion
 - qui doit toujours être utilisé en priorité.
- Fiche de relevé de l'état des instruments : évaluation par le personnel
- Enquête de satisfaction auprès du personnel de production

Le déroulement

Blanche de Namur

La Chouffe

Grimbergen

Cuvée des trolls

Paix Dieu

Bertinchamps

La Divine (Silly)

Les résultats inattendus

- Accompagnement de l'équipe à la préparation des chariots
- Arrêt du lavage manuel en pré-traitement
- Amélioration de l'organisation en zone de lavage
- Meilleure utilisation des laveurs
 - Moins de cycles
 - Meilleure répartition des charges
- Amélioration du contrôle propreté des instruments
- Identification des « problème » internes

La cahier des charges

- **À écrire**
- Collaboration interhospitalière
 - Descriptif technique :
 - Chimie
 - Normes
 -
 - Critères d'attribution :
 - Conditionnement
 - Mode de livraison
 - Recommandations de pré-traitement
 - Disponibilité et compétences du support technique
 - Prix

La cahier des charges

- Documents spécifiques à fournir :
 - Rapport complet de validation d'un laveur identique à ceux utilisés chez les participants au marché
 - Etude démontrant l'impact de l'utilisation du produit sur l'activité du service est un plus
 - Les ambition en RD du fabricant