

Echanges et partages sur vos pratiques



SSSH – 4.10.2025

Comité romand SSSH



SGSV
SSSH
SSSO
Schweizerische Gesellschaft für Sterilgutversorgung
Société Suisse de Stérilisation Hospitalière
Società Svizzera di Sterilizzazione Ospedaliera

Réflexion 1

- Ci-joint, le bac qui vient d'être préparé pour effectuer le lavage/désinfection manuel.
- Quelles réflexions vous faites-vous et quelles décisions prenez-vous ?



Réflexion 2

- Le bidon de produit détergent est vide et vous voulez que l'apprentie de 17 ans fasse le changement. Le bidon plein pèse 25 Kg.
- Quelles réflexions vous faites-vous et quelles décisions prenez-vous ?



Réflexion 2- élément de réponse

- Travaux qui dépassent les capacités physiques des jeunes :
 - a) Manipulation sans moyens auxiliaires de charges de plus de
 - 15 kg pour les jeunes de sexe masculin âgés de moins de 16 ans,
 - 19 kg pour les jeunes de sexe masculin âgés de 16 ans à 18 ans non révolus,
 - 11 kg pour les jeunes de sexe féminin âgées de moins de 16 ans,
 - 12 kg pour les jeunes de sexe féminin âgées de 16 ans à 18 ans non révolus.

Réflexion 3

- A la suite d'importants travaux dans votre SRDM (250 m² de surface totale actuelle), une stérilisation mobile de 80 m² est installée pour assurer la continuité des activités du SRDM. Des tensions apparaissent au sein de l'équipe AVANT le déploiement de la stérilisation mobile.
- Quelles réflexions vous faites-vous et quelles décisions prenez-vous pour atténuer ces tensions ?

Réflexion 3 – éléments de réponses

- Entretiens individuels avec chaque collaborateur – trice
- Classification des tensions par domaine (organisationnel / opérationnel / technique)
- Brainstorming collectif
- Plan d'action structuré (facteurs personnels / collectifs)
- Action sur les conditions de travail (horaires / gestion des « encombrements » / fonction « trieur – euse »)
- Déploiement progressif et ajuster au fur et à mesure
- Fêter les « petits succès »
- Mettre en place une « boîte à idées ». *La position dans la hiérarchie est inversement proportionnelle à la connaissance du terrain* (Deming)

Réflexion 4

- Un apprenti 3^{ème} année vous sollicite car il se sent stressé dès sa prise de fonction au SRDM. Il est désormais compté dans l'effectif au même titre que les autres collaborateurs – trices du SRDM.
- Quels conseils personnels pouvez-vous lui donner ?

Réflexion 4 – éléments de réponses

- Faire des pauses régulières
- Avoir une activité physique
- Dormir suffisamment
- S'alimenter correctement
- Exprimer ses émotions
- Savoir dire non en précisant les critères objectifs
- Avoir une attitude « positive »
- Demander de l'aide

Réflexion 5

- Une personne vous apporte un plateau « clan vasculaire » pour retraitement. Lors de la prise en charge vous constater que la date de péremption est au 29.05.2018
- Quelles réflexions vous faites-vous et quelles décisions prenez-vous ?



Réflexion 5 éléments de réponse

- Matériel de l'établissement ?
- Où a été ce matériel ?
- A-t-il été utilisé dernièrement ?
- Quand a-t-il été utilisé ?
- Pour quelle utilisation ?



Réflexion 6

- L'horaire de travail vient de se terminer et vous avez enlevé vos gants dans la zone de lavage. Le bloc opératoire vous apporte un plateau opératoire urgent. Vous le rincez sans remettre vos gants et vous vous piquez !



<https://santecheznous.com/condition/getcondition/coupures-et-egratignures>


Quelles réflexions vous faites-vous et quelles décisions prenez-vous ?

Réflexion 6 - élément de réponse

- Respect des instructions de travail, port des EPI
- Nettoyage et désinfection de la plaie
- Déclaration médecine du personnel
- Traitement médical éventuel

Réflexion 7

- Lors de la pause, vous avez discuté avec une personne qui vous a dit que les autorités exigeaient l'utilisation d'un système Hélix



Décrit dans la SN EN ISO 11140-6

- Quelles réflexions vous faites-vous et quelles décisions prenez-vous ?

Réflexion 7 - élément de réponse

- Routine ?

- 
1. Vérification de l'utilisation du programme adéquat
 2. Vérification des paramètres obtenus (p. ex. : température, pression, temps), en comparaison avec les paramètres mesurés lors de la validation.
 3. Vérification des indicateurs chimiques en fin de cycle, selon les instructions du fabricant :
 - Indicateur classe 1, présent sur chaque emballage,
 - Indicateurs à paramètres critiques multiples présents dans chaque charge, p. ex. un indicateur chimique de classe 6 pour la stérilisation à la vapeur d'eau.
 4. Vérification visuelle de la siccité et de l'intégrité des emballages (absence de taches, déchirures, etc.) en fin de cycle.

- Validation ?

- Lors de la QO avec charge minimale, contrôle de la pénétration de la vapeur avec un DEP selon SN EN 285

Réflexion 8

- Lors de la libération de la charge de votre stérilisateur, vous constatez la présence d'une boîte à bijou emballée dans du plastique !



- Quelles réflexions vous faites-vous et quelles décisions prenez-vous ?

Réflexion 8- élément de réponse

- Non-conformité
- Analyse
 - Formation du personnel
 - Système de traçabilité
 - Etc.
- Action immédiate
- Actions correctives
 - Lesquelles ?
 - Choix et mise en place

Merci de votre attention !

